TIEDRA

EXACTA® PL

TIEDRA

EXACTA® PL

GUÍA DE ADAPTACIÓN

• INDICACIONES

EXACTA PL es una lente de contacto blanda de reemplazo anual con geometría asférica en la cara anterior y geometría oblata en la cara posterior para ajustarse a la morfología de la córnea. EXACTA PL ha sido específicamente diseñada para la adaptación en córneas, cuya curvatura ha sido modificada por tratamientos quirúrgicos refractivos.

• CARACTERÍSTICAS

Diseño	Cara Anterior: Asférica Cara Posterior: Oblata
Diámetro	15.00 mm
Radio	8.00 - 9.20 mm (pasos de 0.10 mm)
Potencia	Esfera: -20.00 / +10.00 D (pasos de 0.25 D) Cilindro: -0.75 / -6.00 D (pasos de 0.25 D)
Reemplazo	Anual

• MATERIALES

EXACTA® PL — GM ADVANCE

EXACTA® PL TORIC — GM ADVANCE

Zona Óptica Asférica

Banda Inversa

CAJA DE PRUEBAS

Radio	Potencia	Diámetro
8.20 - 8.80 mm (pasos de 0.20)	-3.00 D	15.00 mm

• ADAPTACIÓN CON CAJA DE PRUEBAS

1 - Seleccionar el radio	Probar la lente de radio 8.60 mm como primera lente de evaluación
2 - Inserción	Colocar las lentes y esperar 20 minutos para la estabilización lagrimal
3 - Evaluación	Evaluar el centrado, diámetro, movimiento, radio y calidad visual del paciente
4 - Realizar sobre-refracción	Ajustar la potencia final de la lente con lentes esféricas y cilíndricas
5 - Valorar integridad corneal	Retirar la lente y aplicar fluoresceína tras el máximo número de horas de porte posibles

www.tiedra.net tecnico@tiedra.net 916 433 978