TIEDRA

EXACTA® SK

TIEDRA

EXACTA® SK

GUÍA DE ADAPTACIÓN

• INDICACIONES

EXACTA SK es una lente de contacto blanda de reemplazo anual con geometría multiasférica específicamente diseñada para la adaptación de queratoconos, anillos intraestromales y cross-linking. El éxito óptico de EXACTA SK se basa en el espesor central (0.35 mm) y el diseño de tres curvas de la cara anterior, consiguiendo así una excelente tolerancia a la lente con agudezas visuales sorprendentemente buenas para una lente blanda.

• CARACTERÍSTICAS

Diseño	Multiasférico
Diámetro	14.00 - 14.50 mm
Radio	5.80 - 8.00 mm (pasos de 0.10 mm)
Potencia	Esfera: -20.00 / +10.00 D (pasos de 0.25 D) Cilindro: -0.75 / -6.00 D (pasos de 0.25 D)
Reemplazo	Anual

• MATERIALES

EXACTA® SK — GM ADVANCE

EXACTA® SK TORIC — GM ADVANCE

CAJA DE PRUEBAS

Radio	Potencia	Diámetro
6.00 - 7.80 (pasos de 0.20)	-3.00	14.50

• ADAPTACIÓN CON CAJA DE PRUEBAS

1 - Seleccionar el radio	Cerrar 0.40 mm sobre el Kplano
2 - Inserción	Colocar las lentes y esperar 20 minutos para la estabilización lagrimal
3 - Evaluación	Evaluar el centrado, diámetro, movimiento, radio y calidad visual del paciente
4 - Realizar sobre-refracción	Ajustar la potencia final de la lente con lentes esféricas y cilíndricas
5 - Valorar integridad corneal	Retirar la lente y aplicar fluoresceína tras el máximo número de horas de porte posibles

www.tiedra.net tecnico@tiedra.net 916 433 978